

ROZEZNANIE RYNKU 156/2024 z 21.10.2024
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem "Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids", przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00 o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów Kolumny do SEC oraz Filtrów in-line do chromatografii

2. ZAMAWIAJACY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,
ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków
NIP 9452226486

3. OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 156/2024:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa zakupu zgodnie z podaną poniżej specyfikacją:

- 1) Kolumna do SEC (Size exclusion chromatography)
 - Długość kolumny: 300 mm
 - Średnica wewnętrzna kolumny: 7,8 mm
 - Wielkość cząstek złoża: 2,7 μ m
 - Średnica porów: 130 Å
 - Faza stacjonarna: Porowate kulki krzemionkowe o zmodyfikowanej powierzchni, przeznaczone do separacji biomolekuł
 - Zakres mas cząsteczkowych analitów: Optymalny dla białek i innych dużych biomolekuł o masie od 100 Da do 120 kDa
 - Zakres pH pracy: Stabilna w zakresie pH 2–8.5
 - Maksymalne ciśnienie robocze: Do 400 bar
 - Zakres temperatur pracy: Zalecany do 80°C
 - Kompatybilność rozpuszczalników: Wodnych i organicznych, w tym woda, bufony wodne, acetonitryl, metanol (w odpowiednich proporcjach)
 - Zastosowanie: Analiza i separacja białek, peptydów, przeciwciał monoklonalnych, agregatów białkowych oraz innych dużych cząsteczek biologicznych.
 - Ilość: 1 szt.
 - Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostaw.
- 2) Filtr in-line do chromatografii
Specyfikacja techniczna:
 - Typ filtra: wymienne filtr inline z praktycznym holderem i kapilarą
 - Średnica filtra: 4.6 μ m

- Średnica porów: 0,5 μm
- Maksymalne ciśnienie: 1300 bar
- Materiał korpusu: Stal nierdzewna
- Złącza: Standardowe złącza LC
- Wymienne filtry: 5 szt.
- Termin dostawy: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostaw

Miejsce dostarczenia: Warszawa

Kody CPV:

38432200-4 chromatografy

W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

4. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: oferty@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 28.10.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 156/2024.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie formularza ofertowego.

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Załącznik 1 do rozzeznania rynku nr 156/2024
Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozzeznanie rynku nr 156/2024 dotyczącego **zakupu Kolumny do SEC oraz Filtrów in-line do chromatografii** w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

1. DANE WYKONAWCY

Nazwa	
Adres	
NIP	
Dane kontaktowe: nr telefonu	
Dane kontaktowe: e-mail	

2. WARUNKI CENOWE

Nazwa zamówienia	Cena netto	Cena brutto	Waluta
Kolumna do SEC (Size exclusion chromatography)			
Filtr in-line do chromatografii			
SUMA:			

3. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data oraz czytelny podpis oferenta