

Warszawa, dnia 19.09.2025 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 96/2025

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

W związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym nr 96/2025 zwracamy się z pytaniem:

Część 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie kolumny równoważnej o innej wielkości porów, tj. 300Å – Agilent AdvanceBio SEC 300Å, 4.6 x 300 mm, 2.7 µm, która zgodnie z naszą wiedzą oraz danymi producenta najlepiej odpowiada wymaganiom stawianym analizom objętym przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wskazane w pytaniu powyżej.