

Warszawa, 07.10.2025 r

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe 103/2025

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści pompę próżniową o wydajności 1.20 m³/h zamiast 1.26 m³/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pompy próżniowej o parametrach gorszych niż wskazane w zapytaniu ofertowym.