

Warszawa, dnia 17.12.2025 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO_116_2025

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie dotyczące części nr 5 – zapytania ZO 116 2025

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny końcówek od innego producenta niż HTL, lecz końcówki kompatybilne z pipetami marki HTL?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek HTL.

Uzasadnienie: To nie jest kwestia kompatybilności z pipetami HTL, ale samych końcówek. Zaoferowanie innych końcówek niż przyjęte do użytku na początku badań może mieć wpływ na powtarzalność (niejednorodne krople) prowadzonego doświadczenia. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania innych końcówek niż HTL.