

Warszawa, dnia 28.12.2025 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO_116_2025

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie dotyczące zapytania ZO_116_2025

Część nr 1, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny butelkowych systemów do filtracji próżniowej PES z membraną 0,22um 250 mL?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje filtracji próżniowej PVDF membrana 0,22 um, 250 m.